



LabCom NewTEM : Reconstruction d'un microscope électronique en transmission

ICSM

X. Le Goff, H.-P. Brau, R. Podor,

S. Hassak P. Notez, Y. Aouini

NewTEC

F. Garcia, A. Candeias



Rencontre régionale RdEI – 4 juin



UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER





INNOVER POUR L'EXTRACTION ET LE RECYCLAGE

Rupture technologique et compréhension phénoménologique des procédés de la chimie sé

DEVELOPPER DES MÉTHODOLOGIES ET DES THÉORIES POUR LA CHIMIE SÉPARATIVE

veloppement et perfectionnement d'outils expérimentaux et de modélisation multi-échelle

LES HUIT LABORATOIRES DE RECHERCHE

LHYS

Systèmes HYbrides pour la Séparation

L2IA

Ions aux Interfaces Actives

LTS

Tri
Sys
aut

L2ME

Étude de la Matière en Mode Environnemental

LMCT

Modélisation Mésoscopique et Chimie Théorique





Un des premiers microscope
par Max Knoll et Ernst Ruska

1931 : construction du premier MET

1933 : premier MET "compétitif" : x8000

1939 : premier MET commercial

~ 1950 : Zeiss, Philips, FEI, JEOL, Hitachi

1960 : premier MEB

1965 : premier MEB commercial

~1950




Quelle: Deutsche Telekom


1973 - Siemens Elmiskop 102



125 kV - 2.5 m, 1.5T



3 MV





~2000




100 à 200 kV

~2020







Tension d'accélération 200kV



Les différentes sources d'électron






Mise en forme et positionnement du faisceau



Zone échantillon

Eléments constitutifs : les lentilles de grandissement





Canon à Electron
(80 à 300 kV)




Lentilles
Electromagnétiques



Diaphragmes



Système d'acquisition
Caméra CCD



Actionneurs



- Vide (primaire 10^{-2} Pa, secondaire 10^{-4} Pa)
- Vannes pneumatiques (air comprimé, Azote, 24V)
- Lentilles électromagnétiques (2 à 100V, eau)
- Cuve haute tension (-15V, 15V, 24V, 70V)
- Canon à électron (haute tension 80 à 300kV, SF₆)



Mesures

- Jauges Pinari et Penning
- Pression du réseau
- Courant, température
- Tension
- Courant, Pression

2009 – installation du 200CX



Veuillez trouver ci-joint un chèque € 1,00 N° 2 126 207 sur BNP PARIBAS
en règlement de : Microscope Electronique à Transmission

à rédiger exclusivement en euros

BNP PARIBAS

Payez contre ce chèque non endossable Un euro €

à SNECIA Vernon € 1,00

Paris en France Compte



PARIS AG CENIR 00818 00053001472 ACCREDITIF
1 BOULEVARD
HAUSSMANN
75009 PARIS

à Bagnols/leze le 18 Mai 2009

Chèque N° 00818 DF TRESORERIE
0 825 33 43 35 31 RUE DE LA FEDERATION
75752 PARIS CEDEX 15

(54)


⑆2126207⑆ ⑆075000004908A⑆ 081853001472⑆



1) Réparation



3) Reconstruction des éléments défectueux



2) Remplacement de pièces avec des MET identiques





4) Reconstruction complète















2015 - Reconstruction







70V/2.7A PB 606110712




24V/1A PB 606110721



24V PB 606110739



COLUMN CIRCUIT 606140913



R1~R6 : MPO01676
D1~D3 : ERZ-08D3K102

HIGH TENSION GUN UNIT 606110028

3 blocs fonctionnels


Colonne





Cuve haute tension & Canon





Lentilles





1^{er} bloc : Colonne et preuve de concept






2015 – 2018 : Carte servitude



2015 – 2018 : Carte servitude



Développement d'une IHM




Tiroir électrotechnique (recyclage complet)




Résistances de puissance

Relais commande pompes primaires et Pompe à diffusion




Protection électrique

Clé prisonnière
Auto maintien




Lentilles de positionnement ou correction




Courant $-2A < < 2A$ sous 24V

Lentilles de grandissement




Courant 8A max sous 70V










Billes de calibration (200nm)

JEOL 200CX



NewTEM





anr[®]

NewTec
Scientific

- Rédaction et dépôt du projet (mars 2022)
- Acceptation du projet (juillet 2022)
- Démarrage du projet (décembre 2022)

LabCom
NewTEM





NewTec
Scientific

Récupération



2 MET JEOL 3010







Nouveau Développement carte servitude




Nouveau système
de contrôle commande
Rasberry Pi + Arduino Due





NewTec
Scientific





NewTec
Scientific







Remerciements

- R. Podor : coordinateur du projet
 - H.-P. Brau : Développement instrumental (Retraite)
 - S. Hassak : apprentie développement instrumental (2020-2022)
 - P. Notez : CDD CNRS : contrôle commande
 - Y. Aouini : CDD CNRS : pilotage carte lentille et IHM
-
- A. Candeias : coordinateur du projet
 - F. Garcia : électronicien

